ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ДЛЯ АППАРАТОВ 6D - MICROS & 7D – MICROS арт. F-02D

Аппарат косметологический 6D-micros предназначен для профессионального использования в салонах красоты, клиниках эстетической и пластической хирургии, косметологических кабинетах.

6D-micros оснащен шестью функциями, которые помогают врачу косметологу решать большинство проблем, связанных с кожей.

Аппарат может быть использован для ухода за кожей лица и тела.

1. **Радио волновой (RF) лифтинг** - один из самых эффективных способов борьбы со старением кожи лица и тела. Многократно стимулирует выработку собственного коллагена.

2. **Микротоки** - с помощью этой терапии выполняют процедуру **миолифтинга**: **микротоки** способствуют синтезу коллагеновых и эластиновых волокон, восстанавливают тонус мимической мускулатуры, осуществляют лимфодренаж, устраняют застой жидкости в подкожных тканях. Кожа становится упругой, овал лица – четким.

3. **Мезотерапия (электропорация)** - функция, способная в десятки раз увеличить проникновение лечебных и питательных веществ в глубокие кожные слои. Безинъекционный способ введения витаминов и микроэлементов.

4. **Вакуумный массаж** - способ эффективно подтянуть контуры лица и укрепить мышечный каркас.

5. **Охлаждающая крио проба** - охлаждающая манипула, которая способствует снятию раздражения и покраснения после процедур с кожи, тонизации , «запечатыванию» препаратов и сужению пор.

6. Алмазная микродермабразия - устраняет неровности кожи, шрамы, рубцы и пост акне, морщины, улучшает цвет лица мгновенно.

Инструкция по применению.

1. Выньте аппарат из упаковки и внимательно осмотрите на предмет повреждений. Если есть сомнения в целостности прибора, не включайте его в электрическую сеть. Обратитесь к поставщику или производителю.
2. Вставьте электрический кабель в соответствующий разъем.
3. Присоедините манипулы насадки к разъемам и плотно затяните резьбу. Каждой насадке соответствует свое «гнездо». Определить соответствующее гнездо можно сравнив наконечник кабеля с разъемом на аппарате.
4. Включите прибор в сеть.
5. Нажмите красную кнопку на задней панели прибора в положение «вкл».
6. Загорится экран меню.
7. Выберете нужную функцию.
8. Отрегулируйте на панели прибора необходимую мощность.
9. Проведите процедуру в соответствии с протоколом.

Меню



1. Кнопки **WORK TIME** предназначены для регулировки времени процедуры.
2. Кнопка **START/PAUSE** включает и выключает активные функции прибора.
3. Кнопка **MODE** переключает режим микротоков и мезотерапии, то есть регулирует паузу между импульсами.
4. Кнопки **RF INTENSITY** предназначена для регулировки мощности радио волны. Всегда начинайте работу с минимальной мощности, постепенно увеличивая интенсивность. Не задерживайте насадку на коже пациента, она всегда должна быть в движении и плотно, всей поверхностью прилегать к коже. Прогрев зависит от выставленной мощности и скорости, с которой специалист передвигает насадку по коже. Ускоряя движение манипулы вы уменьшаете прогрев, замедляя движение, усиливаете.

Протокол процедуры RF.

RF манипула.

- Очистите кожу от макияжа и загрязнений.
- Проведите процедуру легкого, не травматичного пилинга при помощи специальных препаратов.
- Нанесите на кожу гель проводник или глицерин.
- Убедитесь, что на вас и пациенте нет металлических украшений.
- Отрегулируйте интенсивность радио частоты.
- Нажмите кнопку START.
- Плавными, круговыми движениями прогревайте кожу пациента не отрывая насадку.
- При необходимости, по мере подсыхания геля, увлажняйте кожу водой или добавляйте препарат.
- Доведите кожу до легкой гиперемии в течении 15-30мин.

5. Кнопки **MICRO ELECTRIC STRENGTH** предназначены для управления интенсивностью микротоков и мезотерапии (эти две функции включаются на аппарате одновременно).

Протокол процедуры микротоковой терапии и мезотерапии.

Микротоковая манипула для лифтинга лица.



Манипула электропорации.



Контактная манипула.



- Очистите кожу от макияжа и загрязнений.
- Проведите процедуру легкого, не травматичного пилинга при помощи специальных препаратов.
- Нанесите на кожу необходимый препарат или коктейль для мезотерапии или микротоковой терапии.
- Убедитесь, что на вас и пациенте нет металлических украшений.
- Отрегулируйте интенсивность токов. Всегда начинайте процедуру с минимальных значений.
- Режим «A» предназначен для коррекции фигуры и обработки больших поверхностей.
- Режим «B» предназначен для обработки рук.
- Режим «C» шея, декольте.
- Режим «D» - губы, область вокруг глаз
- Нажмите кнопку START.
- В руку пациенту положите контактный электрод.
- Плавными движениями передвигайте необходимый электрод по массажным линиям в течении 10-20мин.
- При необходимости, по мере подсыхания препарата, увлажняйте кожу водой или добавляйте препарат.
- Вы можете помещать препарат непосредственно на кожу, либо в ампулу, находящуюся в манипуле мезотерапии.

6. Кнопка **DETOX BUTTON** включает режим вакуума. Воспользуйтесь одной из функций в вашем аппарате, вакуумным массажем или алмазной микродермабразией.

Протокол процедуры вакуумного массажа.



- Очистите кожу от макияжа и загрязнений.
- Проведите процедуру легкого, не травматичного пилинга при помощи специальных препаратов
- Для вакуумного массажа выберете специальную насадку и вставьте полую трубку креплением в вакуумный разъем.
- Активируйте кнопку DETOX BUTTON.
- Отрегулируйте давление вакуума поворотом золотистого шарнира в правом верхнем углу на панели прибора.
- Нажмите кнопку START.
- Проведите процедуру по массажным линиям, предварительно нанеся масло или крем на кожу пациента.
- Длительность массажа 15-20мин.

Протокол процедуры алмазной микродермабразии.

Манипула алмазной микродермабразии.

- Очистите кожу от макияжа и загрязнений.
- Проведите процедуру легкого, не травматичного пилинга при помощи специальных препаратов.
- Подсоедините полую трубку одним концом в соответствующий разъем прибора, второй конец трубки наденьте на ручку-насадку для пилинга.
- Выберете необходимый абразивный наконечник.
- Между ручкой-насадкой и абразивным наконечником проложите фильтр.
- Соедините ручку и наконечник.
- Активируйте кнопку DETOX BUTTON.

- Отрегулируйте давление вакуума поворотом золотистого шарнира в правом верхнем углу на панели прибора.
- Проведите процедуру пилинга по массажным линиям.

7. Кнопка **COOL SEAL** предназначена для активации функции крио терапии.

Крио проба.

- По окончании всех процедур рекомендуется в течении 10 мин обработать кожу при помощи крио пробы.
- Отрегулируйте интенсивность охлаждения и нажмите START.
- В течении 5мин дайте возможность насадке охладиться.
- Обработайте поверхность кожи по массажным линиям.

Противопоказания.

- Беременность
- Острые воспалительные процессы на коже.
- Открытые раны.
- Кардиостимуляторы.
- Металлические импланты в теле пациента.
- Опухоли.
- Эпилепсия.
- Диабет.
- Острые вирусные заболевания.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРИБОР В ПОМЕЩЕНИЯХ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРИБОР ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ.

НЕ ВНОСИТЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИИ ПРИБОРА.

Если вы работаете в течении часа, отключите прибор на 10 мин.

Если в вашей электрической сети возможны перепады напряжения, приобретите стабилизатор.

Основные технические характеристики

напряжение 220V

мощность 50вт

RF частота 5мГц

криопроба +5 градусов.

давление вакуума 50кПа